

ООО «Завод точных измерительных приборов»
Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Космонавта, 50, корп. 22, 3-й этаж, в. 302
тел./факс: (+375 17) 285-64-23, 285-64-24; www.ztp.by, e-mail: info@ztp.by
Сертификаты: № 6758 выдан ГОССТАБДАРТОМ РР.
№ 54983 выдан ГОССТАБДАРТОМ России.



**ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТП-65
ПАСПОРТ
ФНУ № 37388602.003-97ПС**



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Термометры биметаллические показывающие ТПП предназначены для измерения температуры неагрессивных, неагрессивизирующей жидкостей, пара, газа.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Обозначение ТПП-65 _____, исполнение I _____, заводской № _____
- 2.2 Диапазон измерения температуры и класс точности прибора указаны на циферблате.
- 2.3 Метрологические характеристики прибора утверждены для температуры окружающего воздуха от _____ до 40°С.
- 2.4 Изменение показаний, возникающее при изменении температуры окружающего воздуха от $\pm 5^{\circ}\text{C}$ до любой температуры, указанной в п. 2.3 на каждые 1°C не должно превышать $0,5^{\circ}\text{C}$.
- 2.5 Термометр должен выдерживать перепады температуры на 30% от верхнего предела измерений.
- 2.6 Прибор драгметаллов не содержит.

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1 Запрещается снимать термометр для измерения температуры, превышающей верхний предел измерений, т.к. это может привести его к потере точности.
- 3.2 Прибор подлежит поверке в соответствии с СТБ 8003-93 на МП 313-97.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во	Примечание
1. Термометр	1 шт.	
2. Паспорт	1 экз.	
3. Методика поверки	1 экз.	На партию приборов

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор соответствует требованиям ТУ РБ 37388602.003-97 и признан годным для эксплуатации. Проверка произведена в аккредитованной лаборатории завода. Аттестат аккредитации № ВУМ12.02.3.0.0003

Дата изготовления _____

ФЕВ 2016
Поверитель



6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ РБ 37388602.003-97 при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию.

6.3 Гарантийный срок хранения прибора – 9 месяцев с момента его изготовления. Упакованные приборы должны храниться в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40 °С.

6.4 По вопросам гарантийности ремонта обратиться по адресу:

РБ, 220103, г. Минск, ул. Кирова, 50, корп.22, 3-й эт., к.305

Телефакс: (+375 17) 285-64-23; 285-64-24

www.ztr.by, e-mail: info@ztr.by