



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**RU.C.34.639.A № 59610/1**

**Срок действия до 01 сентября 2020 г.**

**НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

**Системы автоматизированные измерительные количества энергоресурсов  
INDIV-X-AMR**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

**ООО "Завод № 423", г. Богородицк, Тульская обл.**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 61422-15**

**ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ**

**МП РТ 2133-2014 с изменением №1**

**ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года**

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **17 октября 2016 г.** № **1576**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С.Голубев

10 ..... 2016 г.

Серия СИ

№ **025915**

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 1576 от 17.10.2016 г.)

Системы автоматизированные измерительные количества энергоресурсов  
INDIV-X-AMR

**Назначение средства измерений**

Системы автоматизированные измерительные количества энергоресурсов INDIV-X-AMR предназначены для измерений температуры поверхности отопительных приборов и формирования условного интегрального показателя теплопотребления, измерений объема потребления горячей и холодной воды, газа, электрической и тепловой энергии у индивидуальных потребителей.

**Описание средства измерений**

Системы автоматизированные измерительные количества энергоресурсов INDIV-X-AMR относятся к проектно-компоуемым изделиям (ИС-2 по ГОСТ 8.596-2002) и содержат измерительные, связующие, вычислительные и вспомогательные компоненты.

Системы INDIV-X-AMR выполняют измерения, автоматический сбор, обработку, отображение, ведение базы данных на сервере сбора данных с возможностью печати отчетов, хранение и передачу измерительной информации в диспетчерские и расчетные центры и информационные системы верхнего уровня.




Рисунок 1 - Структурная схема системы автоматизированной измерительной количества энергоресурсов INDIV-X-AMR

- В качестве измерительных компонентов каналов системы INDIV-X-AMR используются:
- устройства для распределения тепловой энергии электронные INDIV-X-10R, INDIV-X-10RT, INDIV-X-10, INDIV-X-10T (Госреестр №56745-14)
  - счетчики холодной и горячей воды;
  - счетчики газа объемные;

W - счетчики электрической энергии;  
- счетчики тепловой энергии.

В системе INDIV-X-AMR используются счетчики с импульсным выходным сигналом.  
Типы используемых счетчиков энергоресурсов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование, тип счетчика	Номер в государственном реестре средств измерений
Счетчики холодной и горячей воды	
Счетчики холодной и горячей воды ЕТК/ЕТW Водоучет. ЗАО "Компания Верле", г. Москва	19727-03
Счетчики холодной и горячей воды МТК/МНК/МТW Водоучёт. ЗАО "Компания Верле", г. Москва	19728-03
Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые WFK2, WFW2. ООО "НПП "ИТЭЛМА Билдинг Системс", г. Москва	54418-13
Счетчики холодной и горячей воды ВМХ и ВМГ. ОАО УК "Завод Водоприбор", г. Москва	18312-03
Счетчики холодной и горячей ВСКМ 90. ООО «ПК Прибор», г. Москва	32539-11
Счетчики холодной и горячей воды ПУЛЬС. ООО "Аква-С", г. Реутов	47244-11
Счетчики газа	
Счетчики газа мембранные G4-RF1, G6-RF1, G10. Фирма "Itron GmbH", Германия	14351-12
Счетчики газа объемные диафрагменные. ВК-G (1,6; 2,5; 4; 6) и ВК-G (1,6; 2,5; 4; 6)Т. Фирма "Elster s.r.o.", Словакия	30894-05
Счетчики газа диафрагменные с температурной компенсацией ВК-G1,6Т; ВК-G2,5Т; ВК-G4Т; ВК-G6Т; ВК-G10Т; ВК-G16Т; ВК-G25Т. Фирма "Elster GmbH", Германия	36709-08
Счетчики газа диафрагменные. ВК-G1,6; ВК-G2,5; ВК-G4; ВК-G6; ВК-G10; ВК-G16; ВК-G25. Фирма "Elster GmbH", Германия	36707-08
Счетчики газа ГЕЛИКОН. ЗАО "ИВК-Саяны", г. Москва	49900-12
Счетчики газа. СГБМ-1,6. ООО ПКФ "Бетар", г. Чистополь	27702-11
Счетчики электрической энергии	
Счетчики электрической энергии Энергомера ЦЭ6807П. ЗАО "Энергомера", г. Ставрополь	25473-07
Счетчики электрической энергии ЦЭ6803В ЗАО "Энергомера", г. Ставрополь	12673-06

Продолжение таблицы 1

Наименование, тип счетчика	Номер в государственном реестре средств измерений
Счетчики электрической энергии	
Счетчики электрической энергии ЦЭ6807Б ЗАО "Энергомера", г. Ставрополь	13119-06
Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий 201. ООО "НПК "Инкотекс", г. Москва	24411-12
Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий 202. ООО "Научно-производственная холдинговая компания "Инкотекс", г. Москва	26593-07
Счетчики электрической энергии трехфазные статические Меркурий 230АМ. ООО "Научно-производственная холдинговая компания "Инкотекс", г. Москва	25617-07
Счетчики активной электрической энергии трехфазные СЕ 300. АО "Электротехнические заводы "Энергомера", г. Ставрополь	31720-06
Счетчики тепловой энергии	
Теплосчетчики Sonometer 1100. Фирма "Diehl Metering GmbH", Германия (торговая марка "Danfoss A/S", Дания)	49318-12
Теплосчетчики SONOMETER 500. Фирма "Diehl Metering GmbH", Германия (торговая марка "Danfoss A/S", Дания)	58003-14
Теплосчетчики M-CAL Compact (мод. 447, 450). Фирма "Hydrometer GmbH", Германия (торговая марка "Danfoss A/S", Дания)	38723-08
Теплосчетчики M-CAL MC. Фирма "Diehl Metering GmbH", Германия (торговая марка "Danfoss A/S", Дания)	55440-13

Устройства для распределения тепловой энергии электронные INDIV-X-10R, INDIV-X-10RT, INDIV-X-10, INDIV-X-10T (далее - устройства INDIV-X) предназначены для измерений температуры  $t_m$  тепловоспринимающей металлической пластины, закрепляемой на поверхности отопительного прибора. Измеренная температура в каждом такте измерений используется для вычисления разности температур  $\Delta t = (t_m - 20)$ , °С, и безразмерной скорости накопления показаний  $R$  по правилу:

$$\text{если } t_m \geq t_z \quad R = \left(\frac{\Delta t}{60}\right)^{1,15} \cdot 0,066 \cdot 1,28^{1,15}$$

$$\text{если } t_m < t_z \quad R=0$$

где:  $t_z$  - «стартовая» температура, °С.



Показание  $W$  устройства для распределения тепловой энергии образуется суммированием значений  $R$  по тактам измерений:

$$W = \sum_{i=1}^N R_i$$

$N$  - число тактов измерений.

Устройство отображает на дисплее текущую интегральную величину  $W$  и передает ее по радиосети системы этажному концентратору INDIV-X-MULTI. На основе массива показаний  $W$  выполняется расчет относительной доли теплоотдачи данного отопительного прибора в коллективной системе отопления.

Счетчики воды, газа, электрической и тепловой энергии с импульсным выходом подключаются кабелем к адаптерам INDIV-X-PULSE, INDIV-X-PULSE 16, производящим счет импульсов, функциональные преобразования, архивирование данных и периодическую передачу результатов следующему звену линии связи.

К связующим компонентам каналов ИС INDIV-X-AMR относятся:

- импульсные беспроводные адаптеры INDIV-X-PULSE;
- импульсные проводные адаптеры INDIV-X-PULSE 16;
- этажные концентраторы INDIV-X-MULTI;
- устройства для ручного сбора данных INDIV-X-RM, для приема данных от устройств INDIV-X и импульсных адаптеров INDIV-X-PULSE по радиоканалу;
- сплиттеры INDIV-X-SP;
- домовые концентраторы INDIV-X-TOTAL.

Сплиттеры INDIV-X-SP - устройства для приема данных от беспроводных распределителей тепловой энергии INDIV-X-10R, INDIV-X-10RT, импульсных адаптеров INDIV-X-PULSE и тестовых датчиков INDIV-X-TEST и последующей передачи данных без обработки этажному концентратору INDIV-X-MULTI.

Этажные концентраторы INDIV-X-MULTI осуществляют прием измеренных значений непосредственно от устройств INDIV-X и через импульсные адаптеры INDIV-X-PULSE от счетчиков воды, газа, электроэнергии, тепловой энергии, образуя общую радиосеть в зоне устойчивого приема радиосигнала. Проводные импульсные адаптеры INDIV-X-PULSE 16 осуществляют прием измеренных значений от счетчиков воды, газа, электроэнергии, тепловой энергии с последующей передачей данных на домовые концентраторы INDIV-X-TOTAL по проводному интерфейсу RS 485. Максимальное количество этажных концентраторов в одной радиосети составляет 243, максимальное количество измерительных компонентов в одной радиосети составляет 1300. В случае попадания сигналов каких-либо измерительных компонентов в зоны приема двух или более этажных концентраторов одной радиосети распределение этих компонентов между концентраторами происходит автоматически по принципу наличия более устойчивого сигнала. В каждом этажном концентраторе производится архивирование ежемесячных показаний всех измерительных компонентов, передающих данные на этот этажный концентратор за последние 18 месяцев работы ИС.

Вычислительным компонентом в ИС INDIV-X-AMR, оборудованных домовым концентратором, является компьютер с программным обеспечением INDIV AMR для сбора данных. Компьютер связан с домовым концентратором через Ethernet.

Считывание данных производится по запросу диспетчера или в автоматическом режиме по установленному расписанию. В каждом считанном файле содержатся как текущие, так и архивные данные. В ПО INDIV AMR предусмотрен интерфейс для ручного ввода данных от устройств для распределения тепловой энергии модификаций INDIV-X-10 и INDIV-X-10T.

Питание устройств INDIV-X, беспроводных импульсных адаптеров INDIV-X-PULSE осуществляется от встроенных литиевых элементов. Питание домовых концентраторов INDIV-X-TOTAL, этажных концентраторов INDIV-X-MULTI, проводных импульсных адаптеров INDIV-X-PULSE 16, сплиттеров INDIV-X-SP осуществляется от сети постоянного тока 24 В.

Вспомогательными компонентами ИС INDIV-X-AMR являются инфракрасный программатор INDIV-X-SET - устройство для конфигурирования импульсных адаптеров и устройств для распределения тепловой энергии, тестовые датчики INDIV-X-TEST - устройства контроля качества радиосвязи.

### Программное обеспечение

включает в себя программы для считывания, архивирования и обработки данных, создания и распечатки отчетов.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	INDIV AMR
Номер версии (идентификационный номер ПО)	1.19
Цифровой идентификатор ПО	ACD2

Программное обеспечение защищено паролями пользователей и администратора. Уровень защиты средний по Р 50.20.077-2014.

### Метрологические и технические характеристики

В таблицах 3-8 приведены метрологические и технические характеристики измерительных каналов системы автоматизированной измерительной количества энергоресурсов INDIV-X-AMR, импульсных адаптеров INDIV-X-PULSE, INDIV-X-PULSE 16.

Характеристики измерительных каналов с устройствами для распределения тепловой энергии электронными INDIV-X-10R, INDIV-X-10RT, INDIV-X-10, INDIV-X-10T приведены в таблице 3.

Таблица 3

Характеристики	Значение характеристики
Диапазон температур	от +10 до +105 °С
Стартовая температура $t_2$	40 °С - июнь, июль и август 30 °С - во все остальные месяцы года
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений интегральной величины $W$	при $5\text{ °С} \leq \Delta t < 10\text{ °С}$ 12 %
	при $10\text{ °С} \leq \Delta t < 15\text{ °С}$ 8 %
	при $15\text{ °С} \leq \Delta t < 40\text{ °С}$ 5 %
	при $40\text{ °С} \leq \Delta t$ 3 %

Пределы допускаемой относительной погрешности измерительных каналов со счетчиками холодной и горячей воды приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование, тип счетчика	Пределы допускаемых относительных погрешностей, %	
	От $Q_{min}$ до $Q_t$	От $Q_t$ до $Q_{max}$
Счетчики холодной и горячей воды ЕТК/ЕТW Водоучёт	±5	±2
Счетчики холодной и горячей воды МТК/МНК/МТW Водоучёт		
Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые WFK2, WFW2		
Счетчики холодной и горячей воды ВМХ и ВМГ	±5	±2 (х.в.) ±3 (г.в.)
Счетчики холодной и горячей воды ВСКМ 90		

Пределы допускаемой относительной погрешности измерительных каналов со счетчиками газа приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование, тип счетчика	Пределы допускаемых относительных погрешностей, %	
	От $Q_{min}$ до $0,1Q_{nom}$	От $0,1Q_{nom}$ до $Q_{max}$
Счетчики газа мембранные G4-RF1, G6-RF1, G10	±3	±1,5
Счетчики газа объемные диафрагменные ВК-G (1,6; 2,5; 4; 6) и ВК-G (1,6; 2,5; 4; 6)Т		
Счетчики газа диафрагменные с температурной компенсацией ВК-G1,6Т; ВК-G2,5Т; ВК-G4Т; ВК-G6Т; ВК-G10Т; ВК-G16Т; ВК-G25Т		
Счетчики газа диафрагменные ВК-G1,6; ВК-G2,5; ВК-G4; ВК-G6; ВК-G10; ВК-G16; ВК-G25		
Счетчики газа ГЕЛИКОН	±2 От $Q_{min}$ до $0,2Q_{max}$	±1 От $0,2Q_{max}$ до $Q_{max}$
Счетчики газа СГБМ-1,6	±2,5 От $Q_{min}$ до $0,2Q_{max}$	±1,0 (кл. 1,0) ±1,5 (кл. 1,5) От $0,2Q_{max}$ до $Q_{max}$

Характеристики точности измерительных каналов со счетчиками активной электрической энергии приведены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование, тип счетчика	Класс точности
Счетчики электрической энергии Энергомера ЦЭ6807П	1 или 2
Счетчики электрической энергии ЦЭ6803В	
Счетчики электрической энергии ЦЭ6807Б	
Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий 201	
Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий 202	

Наименование, тип счетчика	Класс точности
Счетчики электрической энергии трехфазные статические Меркурий 230АМ	0,5S Меркурий 230 АМ-00, Меркурий 230 АМ-03 1.0 Меркурий 230 АМ-01, Меркурий 230 АМ-02
Счетчики активной электрической энергии трехфазные СЕ 300	0,5S по ГОСТ 31819.22-12, 1 или 2 по ГОСТ 31819.21-12

Пределы допускаемой относительной погрешности и классы точности измерительных каналов со счетчиками тепловой энергии (теплосчетчиками) приведены в таблице 7.

Таблица 7

Наименование, тип счетчика	Пределы допускаемых погрешностей, %
Теплосчетчики Sonometer 1100	$\pm 6$ $3\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \Delta T < 10\text{ }^{\circ}\text{C}$
Теплосчетчики SONOMETER 500	$\pm 5$ $10\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \Delta T < 20\text{ }^{\circ}\text{C}$
Теплосчетчики M-CAL Compact (мод. 447, 450)	$\pm 4$ $\Delta T > 20\text{ }^{\circ}\text{C}$
Теплосчетчики M-CAL MC	Класс 2 по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011

Характеристики импульсных адаптеров INDIV-X-PULSE, INDIV-X-PULSE 16 приведены в таблице 8.

Таблица 8

Характеристики	Значение
Количество входов	2
Частота входных импульсов, Гц, не более	17
Длительность входных импульсов, не менее, мс	30
Диапазон счета импульсов	от 0 до 999999999
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений количества импульсов, не более	$\pm 1$ имп на 10000 имп
Максимальная мощность радиопередатчика, мВт	10

Пределы допускаемой абсолютной погрешности хода часов при измерении реального времени  $\pm 16$  с/сутки.

Рабочие условия применения системы - закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов с температурой окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 50 °С, без конденсации влаги, при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.

#### Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист формуляра системы автоматизированной измерительной количества энергоресурсов INDIV-X-AMR.

#### Комплектность средства измерений

Комплектность систем автоматизированных измерительных количества энергоресурсов INDIV-X-AMR приведена в таблице 9.



Таблица 9

Наименование	Кол-во, шт	Примечание
Система автоматизированная измерительная количества энергоресурсов INDIV-X-AMR	1	
Устройства для распределения тепловой энергии электронные INDIV-X-10R, INDIV-X-10RT, INDIV-X-10, INDIV-X-10T, с тепловыми адаптерами и монтажными комплектами		В соответствии с проектом
Квартирные счетчики воды, газа, электрической и тепловой энергии		
Беспроводные импульсные адаптеры INDIV-X-PULSE		
Проводные импульсные адаптеры INDIV-X-PULSE 16		
Этажные концентраторы INDIV-X-MULTI		
Сплиттеры INDIV-X-SP		
Домовые концентраторы INDIV-X-TOTAL		
Инфракрасный программатор INDIV-X-SET	1	
Устройство ручного сбора данных INDIV-X-RM	1	
Формуляр	1	
Руководство по эксплуатации	1	
Программное обеспечение INDIV-X-AMR	1	
ПО INDIV-X-AMR. Руководство оператора	1	

### Поверка

осуществляется по документу МП РТ 2133-2014 «Системы автоматизированные измерительные количества энергоресурсов INDIV-X-AMR. Методика поверки. С изменением №1», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 15 августа 2016 г.

Основные средства поверки приведены в таблице 10.

Таблица 10

Наименование, тип средств поверки, вспомогательного оборудования, программного продукта	Нормированные значения метрологических характеристик
Частотомер электронно-счетный ЧЗ-64	Диапазон от 0,1 Гц до 100 МГц; относительная погрешность кварцевого генератора $\pm 5 \cdot 10^{-7}$ за 12 месяцев
Генератор импульсов Г5-82	Период повторения импульсов $1-9,9 \cdot 10^7$ мкс; длительность от 0,1 мкс до 5 с; амплитуда до 60 В
Секундомер электронный "СЧЕТ-1 М"	Диапазон от 0,001 до 99999,9 с; Абсолютная погрешность $\pm(6 \cdot 10^{-5} \cdot T + C)$ с, где T - измеряемый период, C - дискретность
Компьютер с программным обеспечением INDIV-X-AMR	
Установка для поверки счетчиков воды	Диапазон расхода от 0,002 до $5 \text{ м}^3/\text{ч}$ ; Относительная погрешность не более $\pm 0,5\%$
Поверочные расходомерные установки УЭРГ-100, УПСГ-6500, УПГ-6500	Относительная погрешность: $\pm 0,1\%$ УЭРГ-100 $\pm 0,3\%$ УПСГ-6500, УПГ-6500
Установки для поверки счетчиков электрической энергии	Класс точности 0,05...0,2

Наименование, тип средств поверки, вспомогательного оборудования, программного продукта	Нормированные значения метрологических характеристик
Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-2	Диапазон от - 50 до +200 °С, 2-го разряда
Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10	Пределы допускаемой абсолютной погрешности $\Delta_t = \pm(0,0035 + 10^{-5} \cdot t)$ °С
Термостаты жидкостные, диапазон температуры от 0 до 150°С	Стабильность и однородность поля температур не хуже $\pm 0,05$ °С

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

#### **Сведения о методиках (методах) измерений**

Методы измерений систем измерительных INDIV-X-AMR изложены в разделе «Назначение изделия и принцип работы» документа «Системы автоматизированные измерительные количества энергоресурсов INDIV-X-AMR. Инструкция по монтажу и эксплуатации 4217-001-43547938-2013РЭ».

#### **Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системам автоматизированным измерительным количества энергоресурсов INDIV-X-AMR**

- 1 ГОСТ Р 8.596-2002. ГСОЕИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем
- 2 ГОСТ Р 50601-93. Счетчики питьевой воды крыльчатые. Общие технические условия
- 3 ГОСТ 6019-83. Счетчики холодной воды крыльчатые. Общие технические условия
- 4 ГОСТ 14167-83. Счетчики холодной воды турбинные. Общие технические условия
- 5 ГОСТ Р 50818-95. Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования и методы испытаний
- 6 ГОСТ 31819.11-2012. Аппаратура для измерений электрической энергии постоянного тока. Частные требования. Часть 11. Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2
- 7 ГОСТ 31819.21-2012. Аппаратура для измерений электрической энергии постоянного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2
- 8 ГОСТ 31819.22-2012. Аппаратура для измерения электрической энергии постоянного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S
- 9 ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011. Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования
- 10 Технические условия 4217-001-43547938-2013 ТУ. Системы автоматизированные измерительные количества энергоресурсов INDIV-X-AMR.

#### **Изготовитель**

ООО «Завод №423»  
ИНН 7112011490  
301830, Тульская обл., г. Богородицк, проезд Заводской, стр. 2 «Б»  
Тел. (48761) 2-27-59  
E-mail: moldplast@owen.ru, web: www.zavod423.ru

**Заявитель**

ООО «Данфосс»  
143581, Московская область, Истринский р-н, с/пос. Павло-Слободское, д. Лешково, д. 217  
Тел. (495) 792 57 57  
E-mail: info@danfoss.ru, web: www.danfoss.ru

**Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)  
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31  
Тел. (495) 544-00-00  
Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

« 21 » 10 \_\_\_\_\_ 2016 г.

*Хочина*