

Дифманометр -Напоромер ДНМ-100. Напоромер НМ-100

Тягомер ТМ-100. Дифманометр-тягомер ДТМ-100.

Тягонапоромер ТНМ-100. Дифманометр-тягонапоромер ДТНМ-100



Применение

- Корпус с фланцем для крепления в панель,
- Для газообразных, неагрессивных не кристаллизующихся сред
- Котельное, Медицинское, вакуумное, газовое, лабораторное оборудование, автотранспорт и т.д.

Особенности конструкции

- Корректор на корпусе
- Корпус из нержавеющей стали – 08Х18Н10Т
- Присоединение к процессу: М12х1,5; G1/4; М20х1,5; G1/2; без резьбовое для эластичных труб ; быстросъемные фитинги и т.д.
- Низкие диапазоны от 0,4 кПа

Пределы измерений и классы точности

| Наименование | | | Класс точности в соответствии с ГОСТ 2405-88 |
|--|---|--------------------------|--|
| Напоромер (Д)НМ-100 | Тягомер (Д)ТМ-100 | Тягонапоромер (Д)ТНМ-100 | |
| Диапазон измерений избыточного давления, кПа | Диапазон измерений давления—разрежения, кПа | | |
| от 0 до 0,4 | от -0,4 до 0 | от -0,2 до 0,2 | 2,5 |
| от 0 до 0,6 | от -0,6 до 0 | от -0,3 до 0,3 | |
| от 0 до 1,0 | от -1,0 до 0 | от -0,5 до 0,5 | |
| от 0 до 1,6 | от -1,6 до 0 | от -0,8 до 0,8 | |
| от 0 до 2,5 | от -2,5 до 0 | от -1,25 до 1,25 | |
| от 0 до 4,0 | от -4,0 до 0 | от -2,0 до 2,0 | 1,5 |
| от 0 до 6,0 | от -6,0 до 0 | от -3,0 до 3,0 | 1,0 |
| от 0 до 10,0 | от -10,0 до 0 | от -5,0 до 5,0 | |
| от 0 до 16,0 | от -16,0 до 0 | от -8,0 до 8,0 | |
| от 0 до 25,0 | от -25,0 до 0 | от -12,5 до 12,5 | |
| от 0 до 40,0 | от -40,0 до 0 | от -20,0 до 20,0 | |
| от 0 до 60,0 | от -60,0 до 0 | от -30,0 до 30,0 | |



Межповерочный интервал составляет 2 года

Сертификаты

- Свидетельство об утверждении типа средства измерения RU.C.30.004.A №45180 Россия

Предельно допустимое давление:

- Постоянное ВПИ
- Переменное 0,9 x ВПИ
- Перегрузка 130% ВПИ

Допустимая температура

- Окружающая -50+60 °С
- Измеряемая +100 °С максимум
- Климатическое исполнение УЗ или ТЗ

Степень защиты

- IP53
- IP54

Масса прибора

- 0,6 кг.

